

Број	1751
Датум	31.8.2018.

Предмет: Додатне информације заинтересованом лицима у поступку ЈН – набавка лабораторијског материјала број 8/5-8/2018

Питање број 1

У партији 3-урин тест траке, тражено је да паковања буду од 150 трака. Да ли је прихватљиво да се понуде паковања урин трака од 100 комада?

Одговор број 1

Није прихватљиво.

Питање број 2

У партији 5-Тест на окултно крварење, тражено је да се достави понуда за имунохроматографски тест. Да ли сте под тим подразумевали да тест буде на плочици?

Одговор број 2

Тест може бити на плочици или на тест траци.

Питање број 3

У партији 7-Екстерна контрола квалитета, молимо Вас да наведете које параметре контрола треба да поседује, пре свега за хематологију.

Одговор број 3

Хематолошка контрола је потребно да садржи WBC диференцијацију са обавезним параметрима за Лимфоците, Моноците и Гранулоците.

Биохемијска контрола је потребно да садржи следеће параметре: Глукоза, Холестерол, Триглицериди, ХДЛ директ, Креатинине, АСТ, АЛТ, АЛП, Алфа амулазе, Билирубин директни, Билирубин укупни, Фосфор, Уреа, Мокраћна киселина, Гвожђе, Протеини укупни, Натријум, Калијум, Калцијум.

Понуђач је обавезан да достави документ издат од произвођача контрола којим се доказује да понуђене контроле садрже тражене параметре.

Комисија за јавну набавку материјала за дијализу
ЈН бр8/5-8/2018